

## EDAN 10 LEAD GRABBER EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EKG kablosu EDAN marka EKG cihazları ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablo kırılmalara karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Kablo IEC renk kodlu olmalıdır.
- 4- Kablo 10 leadli olmalı ve grabber tipte olmalıdır.
- 5- Kablo karışıklığı ve uzun vade de kırılmaları önlemek için kablo ayrıştırıcısı olmalıdır.
- 6- Kablonun dağılmasını önlemek için cırt-cırtlı bant olmalıdır.
- 7- Kablonun C1-C6 arası 6 lead en az 300 cm ve N-F-R-L leadleri en az 330 cm olmalıdır.
- 8- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir.
- 9- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 10- Kablonun üzerinde bağlantı noktalarını gösteren görsel olmalıdır.
- 11- Cihaza bağlantı soketinde, bağlantıyı sağlamlaştırmak için 2 adet vida olmalıdır.
- 12- Kabloyu kırılmalardan korumak için askı mandalı olmalıdır.
- 13- Leadlerin uç kısmında IEC standartlarına uygun harf kodları bulunmalıdır.
- 14- Kablo gri renkte olmalıdır.
- 15- Grabber yapının elektrot, mandal ve ya puarları daha iyi tutabilmesi için içinde yay olmalıdır.
- 16- Kablonun garanti durumunun takibi için üstünde etiket olmalıdır. Etiketle kablonun markası, P/N numarası, seri numarası ve CE işareti bulunmalıdır.
- 17- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 18- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 19- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.